


Origen: Humaine  
 Tissu: Os spongieux  
 Préparation: Procédé Allotec®  
 Inactivation: Min. SAL 10<sup>-6</sup> pour virus et bactéries  
 Stérilisation: Rayonnement gamma  
 Indicación: Remplissage du canal  
 Réhydratation: Min. 10 minutes

**INFORMATIONS DE COMMANDE\***

DESCRIPTION	NUMÉRO** D'ARTICLE	D [mm]	H [mm]
Cylindre Spongieux	LALO423FR	10	20
	LALO424FR	10	30
	LALO425FR	12	20
	LALO426FR	12	30
	LALO427FR	14	20
	LALO428FR	14	30

\* Veuillez noter: en raison de la nature différente des tissus donnés et les possibilités techniques de la conception sont de légères déviations des dimensions spécifiées possibles.

\*\* Le numéro d'article LALOXXXFR correspond aux greffes de donneurs vivants hors de France. ALOXXXFR désigne les items de donneurs décédés hors de France et les greffons FRLALOXXXFR de donneurs vivants français.

